

デジタル残留塩素測定器 プールテスター SCUBA II



**サッとひと汲みで
水の状態を確認テスト簡単！
完全防水型！！**

- 遊泳用プール、温泉、浴槽、食品工場、厨房等の遊離残留塩素・全残留塩素・pHの測定に最適
- コンパクトで取扱いが簡単・操作性抜群
- オートパワーオフ機能あり
- 完全防水IP68に適合



主な用途

- 温泉、スパ、スーパー銭湯、浄水器の水質検査
- ビル等で使用される水道水、冷却タワー、地下水、貯水タンクの検査
- 学校、給食センター、食品工場、厨房、病院などでの水質検査



仕様

型番	SCUBA II		
	(遊離) 残留塩素	全残留塩素	pH
測定範囲	0.1 ~ 6.0mg/L		6.5 ~ 8.4
分解能	0.1mg/L		pH0.1
使用試薬	DPD1	DPD1+DPD3	pH フェノールレッド
表示	LCD (デジタル表示)		
使用環境	5 ~ 40℃		
自動電源オフ	5分 (300秒)		
防水性	IP68 に適合		
電源	単 4 形アルカリ乾電池 (1.5 V) × 2 個		
電池寿命	約 600 回測定可能		
サイズ・重量	W 6.5 × L 17.5 × H 4.0 cm 約 165g		
付属品	取扱説明書、テスト電池、 DPD1 残留塩素試薬錠剤：20 錠 DPD3 全塩素試薬錠剤：10 錠 フェノールレッド試薬：20 錠 攪拌棒、プラスチックケース		

● **販売価格については、お問い合わせください。**

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

お特！夏の学校セット

**3点
セット**

残留塩素測定 発熱者の早期発見に 熱中症指数チェッカー



SCUBA2

サーモ・ピッパ

MJ-WBGT



詳細はこちら

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>