

濁度・色度計

Turbidity / Color Comparator Set

型式：WA-PT-4S

価格：62,000円(税別)

上水試験方法を簡易化し、濁度・色度0度の比色管の底面に濁度・色度標準板を差し入れて、検水と比較します。
平面鏡上で検水と標準濁度・色度の両方を同時に並列して見やすくしました。
水道水の日常管理に最適です。

包装外形 約375L×585W×145H mm
梱包重量 約3.4kg

試用品あります。
ご購入前の検討に。




濁度	測定範囲	0.5～15度(ポリスチレン標準液による)
	標準板	0.5、1、2、3、5、10、15度

色度	測定範囲	2～20度(塩化白金酸コバルト標準液による)
	標準板	2、4、5、6、10、20度

補充品	型式	製品名	備考	価格
	WA-PT-4N	比色管		3,800円(税別)
	PT-4-TN05～15	濁度標準板	7種	各2,500円(税別)
	PT-4-CN2～20	色度標準板	6種	各2,500円(税別)
	WA-PT-4W25	0(ゼロ)の水	250mL	600円(税別)

測り方

- ① 測定窓口の乳白板をはずし、左側の小ネジで本体を固定します。
- ② 検水および0(ゼロ)の水を各々の比色管の線まで入れ、本体に差し込みます。
- ③ 右側のツマミをまわし、比色管の底がよく見えるように、鏡を調整します。
- ④ 見えにくい場合は、補助板(濁度測定には黒板、色度測定には白板)を上からかぶせます。
- ⑤ 両方の比色管を見比べて、差があるときは、標準板差込口より標準板を入れ替えます。
両方の比色管を見比べて、同じまたは近い濁り(色)の時の標準板の数値が検水の濁度(色度)です。



※濁度:水道法および遊泳用プール・公衆浴場の水質基準は、2度以下です。
※色度:水道法による基準は、5度以下です。