

水質測定器オプション商品

pH校正液



pH7.00校正用標準液

型番	MJ-PH7
内容量	500ml
価格	1,500円(税別)



pH6.86校正用標準液

型番	MJ-PH6.86
内容量	500ml
価格	1,500円(税別)



pH4.01校正用標準液

型番	MJ-PH4
内容量	500ml
価格	1,500円(税別)



pH10.01校正用標準液

型番	MJ-PH10
内容量	500ml
価格	1,500円(税別)

※pH計は一般的に、使用前に校正液で数値を合わせる必要があります。※JCSS証明書付き各種校正液の取り扱いもあります。別途お問い合わせください。

その他



導電率基準液 (EC計)

型番	1413 μ S/cm
内容量	500ml
価格	1,900円(税別)



導電率基準液 (EC計)

型番	12880 μ S/cm
内容量	500ml
価格	1,900円(税別)



電極洗浄液 汎用

型番	HI7061L
内容量	500ml
価格	2,300円(税別)

導電率計センサーの校正時に必要な標準液。導電率計などの計測機で正確な数値を得るためには、1~2週間に1度校正を行う必要があります。

通常の水洗だけでは落ちない場合、特別な洗浄液が必要となります。特に電極に負担のかかる液体を測定した後は出来るだけ洗浄液をご使用ください。



電極保存液

型番	KCL3.3mol
内容量	500ml
価格	2,500円(税別)

塩化カリウムを希釈した液体です。電極保存液に電極先端をつけることでエイジングされます。適切な値が出にくい時には電源をONした状態で電極保存液に30分程つけておくことをお勧めします。



検知極研磨剤 (ORP計)

型番	OR-KH20
内容量	-
価格	2,000円(税別)

酸化還元電位計の必需品。浄水器を通した水の酸化還元電位の測定は電極表面の酸化被膜が測定を妨げる為、測定誤差が生じやすくなります。



酸化還元電位 (ORP計) センサーチェック

型番	OR-CK20
内容量	3本
価格	2,000円(税別)

ORP電極は校正ではなく、動作確認のチェックのみです。ORPチェック容器の目盛り線まで純水又は水道水を入れてキャップを閉め、上下に数秒シェイクすると、20mlの検査液が出来ます。

各メーカーの試薬も取扱い可能です。お気軽にご用命ください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com