

# 残留塩素測定器 DPD テストキット DP-7Z



## 粉末パック試薬の残留塩素測定器！ 浄化槽用水質検査器として オススメ！

- 0.05 ~ 2.0mg/L の10段階比色判定式
- 用途に応じて2種類より試薬を選択可能
- 上水試験法に準拠した高性能測定器
- 50回分のDPD試薬付属
- キャリングケースつき

### 遊離残留塩素

一般に塩素剤が水に溶けると次亜塩素酸を生じます。これを遊離残留塩素といい、強い殺菌効果を表します。

### 全残留塩素

総残留塩素ともいい、遊離残留塩素と結合残留塩素の含量のことです。

### 主な用途

- プールの水質検査に
- 病院施設の水質検査に
- 上水道、簡易水道、排水の水質検査に
- 風呂の水質検査に
- 食品工場・給食施設の次亜殺菌水の測定に



### 仕様

型番	DP-7Z
測定対象	残留塩素
測定方式	DPD比色法
測定範囲	10段階測定 0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
寸法	H111×W82×D36mm
付属品	測定セル（キャップ付）2本、収納ケース、測定試薬 50回分
オプション	遊離残留塩素試薬 DPD テストキット DPD-F-1 100回分（上水の残留塩素、プールなどに）

### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。