

# 簡易型一酸化炭素濃度計 GCO-2008

ST SATO SHOUJI INC.  
http://www.ureruzo.com



## CO中毒や漏洩による事故災害 を未然に防止！工場や現場での 安全管理に最適

- ビル管理法に対応した一酸化炭素濃度計
- 測定範囲 0~1,000 ppm
- 温度計機能あり 0~50℃
- 自動電源オフ設定、アラーム設定

### 仕様

JAN コード : 4562227988005

型番	GCO-2008	
測定内容	一酸化炭素	温度
測定方式	固体電解質センサ	サーミスタ
測定範囲	0 ~ 1,000 PPM	0 ~ 50℃
分解能	1PPM	0.1℃
精度	±(5%+2PPM)	±0.8℃
ウォーミングアップ	30 秒以下	
繰返し精度	2% 以下	
ゼロドリフト	5 PPM 以下 (長期間)	
感度ドリフト	5% 以下 (長期間の)	
表示	大型 LCD、デュアル表示、単位記号付	
機能	データホールド、最大、最小値、ゼロ調整、 自動電源オフ設定、アラーム設定	
サンプリング	約 1 秒	
インターフェイス	RS-232C	
使用環境	温度 0 ~ 50℃、80%RH 以下 (結露なきこと)	
電源	単 4 電池 × 6 本	
寸法・重量	210(H)×68(W)×42(D)mm、約 336g (電池含む)	
付属品	テスト電池、ソフトケース、取扱説明書、保証書	
オプション品	マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2、AC アダプタ	

### 主な用途

- CO中毒や漏洩の予防に
- 工場や現場での排気ガス環境測定に



### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合会社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com